

**manual<sup>®</sup>**
**DL 219**

# DENTA LATEX

**PRODUKTINFORMATION**

Typ:	Puderfreier, chlorierter und unsteriler Untersuchungshandschuh
Material:	Naturkautschuk
Design und Merkmale:	Beidhändig verwendbar, gerade Finger, texturierte Oberfläche, Rollrand
Farbe:	Naturweiß
Puder:	≤ 2 mg/Handschuh (puderfrei)
Verpackung:	100 Handschuhe pro Box, 10 Boxen pro Versandkarton
Mindesthaltbarkeit	3 Jahre ab Herstellungsdatum

## Abmessungen:

Größe	Bestellnummer	Breite der Handfläche (mm)	Länge (mm)
Extra-small	DL219-00	< 80	Min. 240
Small	DL219-01	80 ± 10	Min. 240
Medium	DL219-02	95 ± 10	Min. 240
Large	DL219-03	110 ± 10	Min. 240
Extra-large	DL219-04	≥ 110	Min. 240

## Wandstärke:

Messpunkt	Einfache Wandstärke (mm)
Finger (13 +/-3 mm von der Fingerspitze)	0.11 ± 0.03
Handinnenfläche (Mitte der Handfläche)	0.11 ± 0.03
Manschette (25+/-5 mm vom Rollrand)	0.11 ± 0.03

## Physikalische Eigenschaften:

Parameter	Vor Alterung	Nach Alterung
Zugfestigkeit (MPa)	Min. 18	Min. 14
Dehnbarkeit (%)	Min. 650	Min. 500
Reißkraft (N)	Min. 6.0	Min. 6.0

## Inspektion vor Verschiffung:

Inspektionskriterien	Inspektionsniveau	AQL
1000ml Wasserhaltetest	G-1	1.5

## Produktkonformität:

Persönliche Schutzausrüstung gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie III, getestet nach EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 und EN 420:2003+A1:2009.  
 Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2017/745, EN 455 Teile 1-4.

